

| Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2011. május 2 – május 8. | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|---------|----------|
| | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | Mikroszkóp beállítás, felkészülés a heti mérésekre VG | Kuzmann Ernő Sziráki Laura F3R1A sorozat (3 minta) ETD vizsgálata VG | Kern Zoltán otolit minta mérése VG | ICD detektor, Hikari kamera próbamérések DZ, VG | EDX hitelesítés standardokkal VG, DZ | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | Omniprobe nanomanipulátor tű csere VG, DZ, HK | Szekeres Anna AIN minta, felületi párolgatott réteg vizsgálata, 2 minta SEM, FIB VG | N.Q. Chinh Al-Zn minta vizsgálata ETD, BSED, FIB VG | TEM mintakészítés próba RK, VG, DZ | Ungár Tamás TEM mintakészítés RK | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | Szabó Csaba, Udvardi Beatrix, agyag ásvány por vizsgálata VG | Manek Enikő ferrit nanoporok ETD VG | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |

Megjegyzések

DZ

HK

RK

VG

Dankházi Zoltán

Havancsák Károly

Ratter Kitti

Varga Gábor